

# 質 疑 応 答 書

件名

仙台市衛生研究所機器等移設業務委託

整理番号 (仙台市記入欄)	
質 問 事 項	回 答 (仙台市記入欄)
<p>① Q(1)イ 移設スケジュールについて「一部の機器等については移設を2期間以上に分けて実施すること」とありますが、物量として1回目・2回目はどれくらいの割合になりますでしょうか。</p> <p>② Q(3)ウ について 特定病原体等の運搬が想定されていますが、具体的に種類、数量、想定運搬容器、梱包状況を「教示下さい」。</p> <p>③ Q(5) 不用物品の撤去・搬出作業について 移設しない不用物品の物量は、どの程度になりますでしょうか。リストをいただくことは可能ですでしょうか。</p> <p>④ Q(3)④ 冷凍、冷蔵保存試料等について「運搬中の温度をモニタリング」とありますが、データロガーなどを用い、モニタリングを実施するという認識で合っていますでしょうか。</p>	<p>① ここでいう一部の機器等とは微生物検査に使用するものを指します。それらの1回目と2回目の物量の割合はおおよそ3：7を想定しています。</p> <p>②</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>種類 4種病原体（結核菌、EHEC、コレラ等）（カテゴリーA） 食中毒菌等（カテゴリーB）</li> <li>数量、想定運搬容器、梱包状況 245×395×110mmの Karton で最小111～最大221個程度 当所職員が3重包装まで行ったもの 内容物が溶解しない温度で運搬し、開梱まで保冷すること。 複数回に分けて運搬すること。</li> </ul> <p>③ 建物に固定されていないもので、机、キャビネット、椅子、実験台、その他物品で多岐にわたります。物量は面積などからお見積りください。現段階での作業中のリストは提供可能です。ただし今後増減がありえますのでご子承ください。</p> <p>④ お見込みのとおりです。</p>

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。